Specialists in effective inhalation PARI

PARI ペップＳシステム　取扱説明書

PARI ペップＳシステムは呼吸訓練器でもあり、主に嚢胞性線維症、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、気管支拡張症、肺気腫、気管支炎、喘息、分泌異常が見られる肺疾患、無気肺の患者に対して呼気陽圧（PEP）療法を提供します。呼気に陽圧をかけることで、気道の虚脱を防ぎ、ゆっくりとした呼気を可能にし、分泌物を末梢から中枢に移動させ排痰を促進します。また、呼気陽圧療法と吸入療法を組み合わせることにより、排痰しやすくなると同時に吸入した薬剤が患部まで到達しやすくなります。

＜各部名称＞

1. 接続パーツ
2. 呼気抵抗調節リング
3. 吸気バルブ
4. マウスピース（呼気バルブなし）
5. ノーズクリップ



＜使用前の準備＞

１．ご使用前に必ず入念に手指を洗浄してください。

２．呼気抵抗調節リングを接続パーツに接続してください。

図のｘのくぼみを、ｙの突起部に差し込みます。

※小さい穴＝大きな抵抗、大きな穴＝小さな抵抗



製造販売業者　村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目８番２号
TEL 0752-53-5546／FAX 0725-53-5626

３．本品を単独で使用する場合（ネブライザーは使用しない）

・吸気バルブを呼気抵抗調節リングと接続パーツに差し込みます。

・接続パーツの反対側にマウスピースを接続します。

※青いバルブが平らな状態になっているか確認してください。





４．ネブライザーと組合せて使用する場合

ネブライザーと組合せて同時に使用する場合は、
ネブライザーに添付された取扱説明書を読み、
その指示に従ってください。



・ネブライザーを組み立てます（呼気バルブ付きマウスピースは使用しない）。

・接続パーツと呼気抵抗調節リングをネブライザーに接続します。

・呼気バルブの付いていないマウスピースを、接続パーツに接続します。

５．口から呼気抵抗を正しく作用させるためには、鼻呼吸をしないことが大切です。ノーズクリップを使用すれば、治療中の鼻呼吸を防止できます。

＜洗浄・消毒・保管＞

１．洗浄

・PARI ペップ S システムをすべて分解します。

・分解した本品のすべてを、約 40℃のお湯と少量の食器用洗剤で約 5 分間丹念に洗浄します。全部品をきれいな水道水で丁寧にすすぎます。

２．煮沸消毒

分解した全部品を清潔な鍋と新鮮な水道水で 15 分間煮沸消毒してください。

３．乾燥

各部品に残っている水滴をよく振り落とし、全部品を清潔で吸水性の高いタオルなどの上に置き、そのまま完全に乾かしてください。

４．保管

乾燥後、埃のない環境で保管してください。

製造販売業者　村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目８番２号
TEL 0752-53-5546／FAX 0725-53-5626